

radiomuseum.org

eckertkp@gmail.com


radiomuseum.org

TYP 729-A

SCHLIESSEN SIE DIE BATTERIEN AN DENEN MEGOHMMETER

radiomuseum.org

radiomuseum.org



K-1 = RCA 1L4
 Batterie 0,3V Burgess 2F2H
 Batterie 0-22-1/2 - 45V Burgess K-308P
 Batterie 0-22-1/2 - 45V Burgess K-308P

Widerstände
 R-2 = 100 kΩ ± 0,5% IHC TYPE W-3
 R-3 = 100 kΩ ± 1% IHC TYPE W-1
 R-4 = 100 kΩ ± 1% IHC TYPE W-2
 R-5 = 100 kΩ ± 1% IHC TYPE W-2
 R-6 = 900 - 1000 MegΩ 729-35
 R-7 = 30 Ω
 R-8 = 4500 Ω ± 3% IHC TYPE W-3
 R-9 = 65 kΩ ± 1% IHC TYPE W-3
 R-10 = 5 kΩ
 R-11 = Dieser Wert wird vor Labor abgelesen
 (190) RCQ-308F
 Herstellerdaten
 K-1 = 588-313
 S-1 = 729-30
 S-2 = D.P.D.1. S-1-235, 4P