



Таблица коммутации коммутатора S1, S2, S3

Положение коммутатора	S1			S2																S3															
	Номера контактов																																		
	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
K	•																																		
L			•																																
~		•																																	
0.01V; 0.8				•				•					•		•	•	•		•	•				•				•							
0.02V; 2k				•				•				•	•	•		•	•		•			•			•			•							
0.05V; 2k				•				•							•	•	•		•			•			•			•							
1V; 20k					•				•					•	•	•	•				•			•		•			•						
2V; 20k					•				•			•			•	•	•	•		•					•				•						
5V					•				•						•	•	•	•																	
1V; 20k						•				•				•	•	•	•	•								•	•			•					
2V; 20k						•					•				•	•	•	•		•							•		•						
5V; 20k						•						•			•	•	•	•									•		•						
10V; 2k							•						•			•	•	•	•										•						
20V; 0.2							•						•				•	•	•						•			•							
50V												•				•	•	•	•																

1. Точки в таблице обозначены замкнутые контакты.
2. Схема соответствует положению коммутаторов.
3. Подчеркнуты при регулировке.

Осциллограф-мультиметр  
С1-107  
Аттенюатор  
Схема электрическая  
принципиальная  
Ц27 727.09233