
У1-1
Аттенюатор
И22 727 055
У2
И22 089 164
У3
И22 089 165
У1-2
И22 039 170
Делитель 1:10
И22 727 011-7
"Синхронизация"
"Усиление"
"Время/см"
"Длительность"
"Стабильность"
"Уровень"
Вход
"Ом сети"
1. Подбирают при регулировании.
2. КТ - контрольные точки.
3. Г - в составе позиционного обозначения - элемент установлен непосредственно в корпусе прибора.
4. СТ - стойки монтажные.
5. Резисторы ОМЛТ по ГОСТ ВД 7113-71
6. Резисторы С2-14 по ОЖО 467.056ТУ
7. Конденсаторы КМ по ОЖО 460.043ТУ
8. Конденсаторы КТ по ГОСТ ВД 7159-71
9. Номера выводов переключателям присвоены условно
10. Транзисторы Т2,Т3 (плата У2) подобраны в соответствии с приложением 7 И22 044.053ТО
Осциллограф универсальный С1-68
Схема электрическая принципиальная
И22 044 053 Э3
Лист 1