Технический центр ЖАИС
2023

Конт.	Цепь
1	+150В
2	+80В
3	+10В
4	−10В
15	Напряж.−10В
14	Смещение X
13	Смещение Y
5	Корпус

* Подбирают при регулировании.

(Обозначения выводов переключателя В3 присвоены условно.

Осциллограф универсальный С1-81
БЛОК РАЗВЕРТКИ
Схема электрическая принципиальная
И22.051.005 Э3