ПЛАТА
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ
3.662.006

«ВИД ИЗМЕРЕНИЯ»
«C,G» «L,R»

«C,R» «tgδ»

«ЗАПУСК»

«1000 Hz»

«АВТ.» «+» «–»

«АВТ. 1 2 3 4 5 6 7»

«ЗАПУСК»
«РУЧНОЙ» «СЛЕДЯЩИЙ»

«ВНЕШНИЙ»

«СЕТЬ» «ВКЛ»

«РЕАКТИВНАЯ — СОСТАВЛЯЮЩАЯ — АКТИВНАЯ»

| КОНТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕПЬ | КОНЕЦ ИЗМЕРЕНИЯ | 1–I | 2–I | 4–I | 8–I | 1–II | 2–II | 4–II | 8–II | 1–III | 2–III | 4–III | 8–III | 1–IV | 2–IV | 4–IV | 8–IV | 1 ЗНАК | 2 ЗНАК | 4 ЗНАК | 8 ЗНАК | 1 ПОРЯДОК | 2 ПОРЯДОК | 4 ПОРЯДОК | 8 ПОРЯДОК | 1 НАИМ. | 2 НАИМ. | 4 НАИМ. | 8 НАИМ. | 0 ОПОРА | 1 ОПОРА | ЗАПУСК Е7-8 | +5V | КОРПУС |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

| КОНТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 22 | 23 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕПЬ | КОНЕЦ ИЗМЕРЕНИЯ | 1–I | 2–I | 4–I | 8–I | 1–II | 2–II | 4–II | 8–II | 1–III | 2–III | 4–III | 8–III | 1–IV | 2–IV | 4–IV | 8–IV | 1,2 ЗНАК | 4 ЗНАК | 8 ЗНАК | 1 ПОРЯДОК | 2 ПОРЯДОК | 4 ПОРЯДОК | 8 ПОРЯДОК | 1,2 НАИМ. | 4 НАИМ. | 8 НАИМ. | 0 ОПОРА | 1 ОПОРА | ЗАПУСК Е7-8 | +5V | КОРПУС |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34,35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

«ВЫХОДЫ НА РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО»

| КОНТ | 9 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 18 | 12 | 16 | 10 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕПЬ | +5V | Uвых. ГИ-РС | 1000 Hz | 0VT | 0VH | ГИ – РС | ГИ – АС | УПТ – АС | УПТ – РС | УС. РАЗР. | КОРПУС | ВЫХОД ОПОРН. РС | ВЫХОД ОПОРН. АС | Uвых. ГИ-АС | +12,6V | +20V | –10V |

** УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ