Технический центр НКАиС
2008

Панель Ив (5ПД.068.339)

Панель К (5ПД.068.353)

Панель ПА (5ПД.068.269)

Панель ПП (5ПД.068.270)

Панель ВИ (5ПД.068.347)

Панель РР (5ПД.068.345)

Панель МВ (5ПД.068.346)

Ш1

Цепь	Конт.
Сигнал „М"	25
„ „П"	26
„ „h"	27
„ „К"	28
Заземл. 2 разр.	12
	13
	14
	15
	16
	17
Тест ЦПУ (ТЛ)	23
Вых. ИОН, ум.	24
Общ. ИОН, ум.	22
Корпус	32

У1

Цепь	Конт.
Корпус	1
1 МГц	2
−12,6В	3
К-тание Термостат	4
+12,6В	5
−20В	6

У2

Вход	3
Корпус	2
Выход	1

У3

Вход	3
Корпус	2
Выход	1

У4

Выход	1
Корпус	2
Вход	3

Тр1

Конт.	Цепь	Цепь	Конт.
1	~ 220В	~ 19В	18
2	~ 220В	~ 19В	17
3	~ 19В	~ 88В	16
4	~ 19В	~ 86В	15
5	~ 18В		14
6	~ 18В	~ 215В	13
7	~ 10В	~ 215В	12
8	~ 10В	~ 19В	11
		~ 19В	10

B_2 (5ПД.068.349)

Цепь	Конт.
~ 215В	13
Корпус	11
~ 215В	14
+ 250В	12
~ 10В	4
К предохр. 5Р	5
~ 10В	7
+ 5В	6
~ 19В	2
К предохр-лю	1
− 20В	8
~ 19В	3
~ 18В	10
~ 18В	9

У5 УФ7

Цепь	Конт.
−12,6в	22
К перекл. отсчн.	21
Корпус	20
Выход 2	19
Корпус	18
Выход 1	17
Корпус	16
К перекл. полярн	15
+5В	14
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
Корпус	3
Вход	2
Корпус	1

У6 УФ8

Конт.	Цепь
22	−12,6В
21	
20	
19	Выход 2
18	
17	Выход 1
16	
15	
14	+5В
13	К перекл. полярн.
12	К перекл. отсчн.
11	Полярность U
10	
9	Полярность ΔL
8	Конт. ручн. упр.
7	+12,6В
6	
5	
4	
3	Корпус
2	Вход
1	Корпус

У7 ДФ

Конт.	Цепь
22	−12,6В
21	Корпус
20	Вход 1МГц
19	Корпус
18	Выход 1МГц
17	Вых. генер. имп.
16	Выход 100кГц
15	
14	+5В
13	Вход 10кГц
12	Выход 50кГц
11	Такт (Δ) на ГЧ
10	Такт ЦПУ (ТГ)
9	Выход 25кГц
8	Выход Т (Δ)
7	+12,6В
6	Выход Т' (Δ)
5	Корпус
4	Вход „Г"
3	Выход 100кГц
2	Вых. прерыват.
1	Корпус

У8 У1

Конт.	Цепь
22	−12,6В
21	Выход К R
20	Вых. ген. времени
19	К точке Измерен
18	Выход к R
17	Вых. упр. записью
16	Вход селектора
15	
14	+5В
13	
12	Выход селектора
11	
10	
9	Вход „Старт"
8	Вх. Блокир. Старт
7	Сброс упр. счет.
6	
5	
4	
3	
2	Вх. „Стоп"
1	Корпус

У9 Уф7

Конт.	Цепь
22	−12,6В
21	К перекл. отсч.
20	Кс-пус
19	Выход 2
18	Корпус
17	Вх. вод 1
16	Корпус
15	К перекл. полярн
14	+5В
13	
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	К перекл. полярн
3	Корпус
2	Вход
1	Корпус

У10 Д

Конт.	Цепь
22	Вход „7"
21	Вход „8"
20	Корпус
19	Вход 1 (4 кГц)
18	Выход 4 кГц
17	Выход 0,01 Гц
16	Выход 0,1 Гц
15	Выход 1 Гц
14	+5В
13	Сброс делителя
12	Д. счет делит.
11	Вых. ген. 100 Гц
10	Выход 10 Гц
9	Вход 2
8	Запрет входа 2
7	+12,6В
6	Выход 10кГц
5	Вых. ген 10кГц
4	Выход 100 Гц
3	
2	Вход 100кГц
1	Корпус

У11 ЗС1

Конт.	Цепь
22	−12,6В
21	Блокир. „Старт"
20	Выход „КУ"
19	Вход По (Ч)
18	„Останов"
17	Вх. упр. записью
16	„Ручной"
15	Вых. управления
14	+5В
13	Сброс делителя
12	Д. счет делителя
11	Вход Т'
10	Д. счет счетчика
9	Разреш. записи
8	
7	Запрет. делит.
6	Сброс счетчика
5	
4	Сброс упр. сигн.
3	Вход „Сброс"
2	
1	Корпус

У12 Сб

Конт.	Цепь
22	Сброс
21	Д. счет счетч.
20	Выход
19	Вход Т
18	„ 6 „
17	Выход 7 разр.
16	Вход управлен.
15	
14	+5В
13	
12	Выход 5 разр.
11	разреш. записи
10	
9	Выход 4 разр.
8	„ 3 „
7	
6	Контр. точка
5	
4	Выход 2 разр.
3	
2	Выход 1 разр.
1	Корпус

У13 Би

Конт.	Цепь
22	Вых. на опор. Брезр
21	+ 250В
20	Вых. на опор. брез
19	+ 100В
18	Вых. на ЦПУ 5 разр
17	Вход 6 разр
16	„ „ 5 „
15	Вых. на ЦПУ 6 разр
14	„ „ 4 „
13	Вых. на опор 4 „
12	Вход 4 разр.
11	Вых. на опор 3 разр
10	„ „ 2 „
9	Вых. на ЦПУ 3 „
8	Вход 3 разр.
7	+ 12,6В
6	Вых. на ЦПУ 2 разр
5	Вход 2 разр.
4	Вых. на опор 1 разр
3	Вых. на ЦПУ 1 разр
2	Вход 1 разр.
1	Корпус

У14 ГЧ5

Конт.	Цепь
22	− 12,6В
21	
20	Выход Ē
19	„ T
16	Индикация „9"
17	„ „0"
13	„ „1"
15	„ „2"
14	+ 5В
13	
12	Индикация „3"
11	„ „4"
10	„ „5"
9	„ „6"
8	„ „7"
7	„ „8"
6	
5	
4	
3	Корпус
2	Вход то-т
1	Корпус

У15 УСВ3

Конт.	Цепь
22	−12,6В
21	~ 19В
20	+ 250В
19	~ 19В
18	+ 100В
17	К предохр СТ −12,6В
16	К безз. резуч. транз.
15	„ „ „ +5В
14	+ 5В
13	К предохр. СТ. +5В
12	
11	~ 86В
10	~ 86В
9	~ 19В
8	~ 19В
7	− 12,6В
6	К(−)конд. фил. СТ.−12,6В
5	
4	Вых. на опор 7 разр.
3	Вход 7 разр.
2	Вых. на ЦПУ 7 разр.
1	Корпус

„Измерение" Л11 „Время ШКЛА" „Опорный генератор" „Внутр." „Внешн." „Ручн. внешн." „Термостат" Л10 „Автомат" Ш2 „Сброс" „Старт" „Стоп" Ш3 Ш4 Ш5 Ш6 „Вход II" Ш7 „Вход I" Кн1 Кн2 Кн3 Пр1 Пр2 Пр3 „сеть" ~220В

„Hz" „Время измерения, S" „Множитель периодов" „Род работы" „Метки времени, μS"

„УВЧ" „УПТ" „~" „Л" „Г" „Скважность имп."