Технический центр ЖАиС
2007

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ В3-40

„Вход"

„Выход" Гн2 100 mV

„Уст 0"

„Уст 0"

„dB mV"

„V dB"

dB mV	V dB
-30 100	0,3 -10
-40 30	1 0
-50 10	3 10
-60 3	10 20
-70 1	30 30
-80 0,3	100 40
-90 0,1	300 50
0,05	

Производить отбор диодов Д19,Д20 по шунам. Суммарные ТЭДС пар термопреобразователей не должны отличаться более чем на 0,5 мВ.

* Подбирается при регулировании.
КТ-контрольная точка.
УПТ-усилитель постоянного тока
Выводы переключателя В2 обозначены условно.
Выводы резистора R67 обозначены условно.
**Устанавливается только при необход.

„СЕТЬ"
~220 V 50 Hz
Ш
Пр 0,25А"

31537